

## Описание объекта закупки

### Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий

#### 1. Требование к наличию разрешительных документов

1.1. Требуется наличие действующей лицензии, выданной исполнителю, на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники по следующим видам деятельности:

-периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники.

#### 2. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

2.1. Техническое обслуживание должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя);

2.2. При проведении технического обслуживания допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Допускается замена запасных частей на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик медицинского изделия при гарантии его безопасности.

2.3. Гарантийный срок на оказанные услуги – не менее 6 месяцев с момента оказания услуг. Срок устранения неисправности при наступлении гарантийного случая – не более 3 дней.

#### 3. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий

3.1. Необходимые виды работ:

- периодическое техническое обслуживание;
- техническое диагностирование (определение технического состояния медицинского изделия);
- внеплановое техническое обслуживание.

3.2. Периодическое техническое обслуживание проводится согласно технической и эксплуатационной документации на медицинские изделия, указанные в перечне медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию.

3.3. Срок выезда специалиста исполнителя к заказчику для оказания услуг по техническому диагностированию медицинских изделий (определению технического состояния медицинских изделий) – 1 рабочий день с момента уведомления исполнителя о необходимости оказания данной услуги.

3.4. Внеплановое техническое обслуживание медицинских изделий осуществляется в случае необходимости, не чаще 2 раз в месяц.

3.5. Исполнитель обязан заполнять журнал технического обслуживания медицинских изделий (проставление отметок о выполненных работах).

#### 4. Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию

№ п/п	Наименование медицинского изделия	Тип, марка	Год выпуска	Заводской номер	Изготовитель
1					
2					
3					

4					
...	...	...	...	...	...

## **5. Приложение к техническому заданию**

### **5.1. Исполнитель обязан:**

- Оформлять дефектные ведомости на списание медицинской техники, вышедшей из строя, выработавшей свой технический ресурс и не подлежащей восстановлению.
- Письменно извещать руководство учреждения о нарушениях правил техники безопасности и эксплуатации медицинской техники, взятой на техническое обслуживание.
- Осуществлять консультации по вопросам замены устаревшей или выработавшей свой технический ресурс, а также пришедшей в негодность медицинской техники.

5.2. Оказываемые исполнителем услуги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р57501-2017.